
Hoitohuoneen puhtausluokat


MEDNIEMI




- Vihreän alueen on pysyttävä puhtaana. Eli kaapien sisään ei laiteta mitään puhdistamatonta, eikä sieltä oteta mitään likaisin käsin tai likaisin ottimin.
- Sininen alue kosketuskontaminoituu potilastyöskentelyssä.
- Punainen alue on monen potilaan kontaminoima, likaisin alue. Eli imut, käytetyt instrumentit ja roskikset.

Hoitohuoneen puhdistusjärjestys

MEDNIEMI






Potilaan noustua tuolista:

1. Ota potilaskohtaiset osat unitista potilastarjottimelle. Eli puustinkärki, käsikappaleet, imukärjet.
2. Vie tarjotin likaiselle puolelle ja heitä kertakäyttö materiaalit roskikseen tai viiltojätteeseen.
3. Heitä käsineet roskikseen, käsidesi käsiin ja uudet käsineet ja 2kpl alkoholillista pyyhintälappua, yksi molempiin käsiin ja valmiiksi sivuun 2kpl alkoholitonta pyyhintälappua. Pidä puhtaat käsineet pyyhintälapun suojassa. Pyyhi pinnat puhtausjärjestyksessä:
    1. Käytetyt materiaalipakkaukset: pyyhi ja laita kaappiin.
    2. Työtasot, röntgenlaite, kahvat, valo
    3. Jokainen käsikappale, letku ja alla oleva silikonisuoja
    4. Silikonipeitteinen potilastarjotin
    5. Imut
    6. Ota alkoholiton pyyhintälappu ja pyyhi skanneri, näyttö ja tuoli

Pintapyyhintäaineemme, desinfiointinesteemme

MEDNIEMI




- Alkoholillinen pintapyyhintä: **Easydes** pesevä pintadesinfektioaine Käyttövalmis, etanolipohjainen pesevä pintadesinfektioaine alkoholia kestäville pinnoille 5 litran kanisterissa. Aineen desinfektioaika on sen kuivumisaika.
- Alkoholiton pintapyyhintä: **Orbis Wet wipes sensitive** nopeasti tehoava desinfiointiaine. Orbis Orbi-Sept wet wipes sensitive liinat soveltuvat erityisesti herkkien pintojen pyyhintään. 20 x 30 cm kokoinen polyesteri-viskoosiliina on esikostutettu 22% propanolilla, jonka vuoksi desinfiointiaine on hyvin materiaaliystävällinen, sopii mm. akryylilasille, keinonahalle. Vaikutusaika on 1 min. Tutustu käyttöohjeeseen. Säilyy 28 päivää avaamisesta. Täyttää standardit: EN 13727, EN 1276 ja EN 13697, EN 13624, EN 1650, EN 14348, 14476, EN 16615. Aldehyliton, etanoliton, fenoliton, dermatologisesti testattu.
- Pieninstrumenttien esiliotus: **Erisan Oxy+ desinfektioaine** Vetyperoksidiin ja peretikkahappoon perustuva desinfektioaine lääkinnällisten laitteiden ja välineiden puhdistukseen ja desinfektioon. Sopii myös herkille pinnoille ja materiaaleille. Granuloitu jauhe kätevässä 50 gramman kertapakkauksessa. Jauhe sekoitetaan lämpimään veteen. Liuos on käyttövalmista, kun jauhe on kokonaan liuennut. Laimennossuhde ja vaikutusaika riippuvat käyttötarkoituksesta. Koska aine on vetyperoksidiin ja peretikkahappoon perustuvaa, on pussissa pieni reikä, joka estää pussin turpoamisen.

    Metallikulhoja käytetään ilman kantta, käytetyt poranterät omaan ja juuriholtoviilat omaan oxykuppiin hoitohuoneen harmaaseen laatikkoon. Kupit laitetaan sellaisinaan uä pesuriin, n. 6min. Sen jälkeen desinfektoriin ja autoklaaviin.

Imudesinfiointimme

MEDNIEMI



- Tärkeintä on juoksuttaa tarpeeksi vettä imuihin! Mikään desinfiointiaine ei riitä, jollei letkuissa kulje tarpeeksi vettä. Tätä varten on "sorsa" = Oro Cup.
- **Oro Cup pidetään aina puhtaana! Älä kytke likaisia imuholkkeja Oro Cuppiin!**
- Puhdista/ tyhjennä/ vaihda aamulla imusihdit!
- Aamuisin 2l vettä Oro Cupin kautta imuihin.
- Potilasvaihdoissa, eritoten veristen toimenpiteiden jälkeen, ime vettä imuihin kraanasta/ kertakäyttömukista.
- Lounastaukoa ennen/ aikaisin aamulla vesi-imun jälkeen: **2l** ime 1x/ vko 5% **OrbiSept SSC** teho puhdistus aine imuihin. Min vaikutus aika 30min, max vaikutus aika 2t.
- Muutoin **OrbiSept SSD 2%** päivän päätteeksi imuihin. **1l** OrbiSept SSD tehoimun pesu- ja desinfiointitiiviste Tehoimun puhdistus- ja desinfektiotiiviste. Laimenna 1-3% liuokseksi (1 litra vettä + 10-30 ml konsentraattia). Katso tarkemmat käyttöohjeet pakkauksesta. Orbi-Sept Absauganlagendesinfektion.